

RESINAS 3D DE PRECISIÓN

KeySplint

Instrucciones para la limpieza y cuidado



Bienvenido a su experiencia KeySplint. Esta férula ha sido personalizada y diseñada para su comodidad. Use su férula como lo haya estipulado su profesional odontológico y siga su rutina diaria de cepillar y usar hilo dental después de cada comida. Siga asistiendo a sus citas dentales regulares y compruebe el ajuste y el estado de su férula en cada visita. Si se le hace algún trabajo dental nuevo, confirme el ajuste de esta férula con su profesional odontológico. Si siente incomodidad o presión, comuníquese con su profesional odontológico para que le dé seguimiento.

Limpieza y mantenimiento de su férula dental KeySplint

1. LIMPIEZA DIARIA

Keystone Industries recomienda limpiar su férula diariamente antes y después de cada uso. Inmediatamente después de extraerlo, use agua tibia (que no exceda 45°C [113°F]) y jabón para limpiar la saliva y posibles residuos.

2. USO DE AGENTES DE LIMPIEZA

Para la limpieza periódica de residuos y el mantenimiento, puede usar cualquiera de los agentes suaves de limpieza disponibles comercialmente, diseñados para los dispositivos bucales. Si es necesario, use un cepillo de cerdas suaves para limpiar el interior de su férula para eliminar los residuos. Algunos de los agentes de limpieza validados incluyen jabón para platos Dawn, Polident, Efferdent, una solución de peróxido al 3%, una solución de blanqueador al 15% y enjuague bucal.

3. PRECAUCIONES

- **NO SUMERJA** su férula en ningún líquido durante más de 1 hora
- **NO** use agentes de limpieza abrasivos (p. ej.: pasta dental) ya que puede acortar la vida de su férula
- Deseche la solución limpiadora después de cada uso. Enjuague bien la férula antes de usarla
- **NO SUMERJA** la férula en agua a una temperatura mayor de 45°C (113°F) debido al riesgo de deformar el dispositivo

Keystone Industries recomienda no comer ni beber con la férula. Tomar líquidos calientes puede afectar el ajuste de la férula. Retire el dispositivo antes de comer para que su rendimiento, ajuste y larga vida sean óptimos. Recuerde manipular su KeySplint con cuidado. Asegúrese de secar su férula antes de guardarlo en el estuche para evitar el crecimiento bacteriano.

KEYPRINT.KEYSTONEINDUSTRIES.COM

480 South Democrat Road Gibbstown, NJ 08027 EE. UU.
Stockholzstr. 11, D-78224 Singen, Alemania



VISITE NUESTRO SITIO
WEB KEYPRINT PARA
SABER MÁS