

RESINE 3D DI PRECISIONE

KeySplint

Istruzioni per la pulizia e
il corretto mantenimento



Congratulazioni, questa è la vostra esperienza KeySplint. Questo splintaggio è stato personalizzato per voi e progettato per il comfort. Indossare lo splintaggio come indicato dal professionista odontoiatrico e seguire la normale routine di pulizia dei denti e passaggio del filo interdentale dopo ogni pasto. È necessario sottoporsi a visite dentistiche regolari tenendo sotto controllo le condizioni e l'adattamento dell'apparecchio alla bocca. Successivamente a qualsiasi intervento dentale, è necessario confermare l'adattamento dell'apparecchio alla bocca con il proprio professionista odontoiatrico. Nel caso in cui si percepisca dolore o pressione, contattare il proprio professionista odontoiatrico per un monitoraggio.

Pulizia e corretto mantenimento dell'apparecchio dentale KeySplint

1. PULIZIA QUOTIDIANA

Keystone Industries raccomanda di pulire l'apparecchio quotidianamente prima e dopo ogni utilizzo. Subito dopo la rimozione, usare acqua tiepida (non superare i 45°C e sapone per rimuovere la saliva residua e lo sporco dall'apparecchio.

2. USO DI PRODOTTI PER LA PULIZIA

Per la rimozione periodica dello sporco e una corretta manutenzione, è possibile usare qualsiasi normale prodotto per la pulizia, progettato per dispositivi orali. In caso di necessità, usare uno spazzolino a setole morbide per rimuovere lo sporco dall'interno dell'apparecchio. Ecco alcuni dei prodotti per la pulizia approvati: detersivo per piatti Dawn, Polident, Efferdent, soluzione di perossido al 3%, soluzione di candeggina al 15%, collutorio.

3. PRECAUZIONI

- **NON IMMERGERE** l'apparecchio in qualsiasi liquido per più di un'ora.
- **NON** usare prodotti per la pulizia abrasivi (es. dentifricio) in quanto potrebbero accorciare la vita dell'apparecchio.
- Smaltire la soluzione detergente dopo ogni utilizzo. Sciacquare bene l'apparecchio prima dell'uso.
- **NON IMMERGERE** l'apparecchio in acqua più calda di 45°C a causa del rischio di deformazione.

Keystone Industries raccomanda di evitare di bere o mangiare mentre si indossa l'apparecchio. Bere bevande calde può influire sull'adattamento alla bocca dell'apparecchio. Si prega di rimuovere l'apparecchio prima di mangiare per prestazioni, adattamento alla bocca e durata della vita del dispositivo ottimali. Ricordarsi di maneggiare il proprio apparecchio KeySplint con cura. Accertarsi di asciugare bene l'apparecchio prima di conservarlo nell'astuccio, al fine di prevenire la crescita di batteri.

KEYPRINT.KEYSTONEINDUSTRIES.COM

480 South Democrat Road Gibbstown, NJ 08027 USA
Stockholzstr. 11, D-78224 Singen, Germania



**PER MAGGIORI
INFORMAZIONI VISITA
IL NOSTRO SITO WEB
KEYPRINT**